



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

СВИДЕТЕЛЬСТВО

об утверждении типа средств измерений

ОС.С.33.001.А № 19842

Срок действия до 14 октября 2024 г.

НАИМЕНОВАНИЕ ТИПА СРЕДСТВ ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи измерительные частоты переменного тока ФЕ1858-АД

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

**Открытое акционерное общество "Приборостроительный завод
"ВИБРАТОР", г. Санкт-Петербург**

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № 28653-05

ДОКУМЕНТ НА ПОВЕРКУ

ЗПА.499.026 РЭ, раздел 7

ИНТЕРВАЛ МЕЖДУ ПОВЕРКАМИ 2 года

Свидетельство об утверждении типа продлено приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от **14 октября 2019 г. № 2419**

Описание типа средств измерений является обязательным приложением
к настоящему свидетельству.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства



А.В.Кулешов

"18"10..... 2019 г.

Серия СИ

№ 038311

ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Преобразователи измерительные частоты переменного тока ФЕ1858–АД

Назначение средства измерений

Преобразователи измерительные частоты переменного тока ФЕ1858–АД предназначены для линейного преобразования промышленной частоты переменного тока в унифицированные выходные сигналы постоянного тока.

Описание средства измерений

Преобразователи ФЕ1858–АД являются одноканальными, с питанием от измерительной цепи, без гальванической связи между входными и выходными измерительными цепями.

Преобразователь относится к устройствам с цифровой обработкой сигнала, Преобразование частоты в аналоговый сигнал производится широтно-импульсным модулятором, реализованном на микроконтроллере, с последующим преобразованием в результат, пропорциональный входной частоте.

Преобразователи выполнены в корпусах из трудно горючей пластмассы и могут устанавливаться на щитах, панелях, а также на симметричных DIN-шинах EN50022.

Преобразователи состоят из следующих основных узлов:

- 1) корпуса с фиксатором;
- 2) крышка;
- 3) плата печатная, на которой смонтированы элементы электрической схемы, в том числе разъемы и индикатор подключения к цепи питания;
- 4) прозрачная крышка.

Разъемы, установленные на плате и закрытые крышкой, обеспечивают надежный контакт подводящих проводников с печатной платой.

Прозрачная крышка крепится к корпусу при помощи направляющих выступов и защищает контакты разъемов, расположенных под крышкой, от несанкционированного отвинчивания.

Фиксатор, в зависимости от варианта установки, обеспечивает крепление преобразователя к шине или панели.

В зависимости от варианта исполнения преобразователи имеют следующие обозначения:

- «ОИАЭ» - оборудование, поставляемое на объекты использования атомной энергии – с приемкой ОТК и приемкой Представителя уполномоченной организации Заказчика;
- «ОП» - оборудование, поставляемое на общепромышленные объекты – с приемкой ОТК.

При заказе преобразователей необходимо указать:

- 1) условное обозначение преобразователя;
- 2) номинальное напряжение входной измерительной цепи;
- 3) диапазон изменений выходного сигнала;
- 4) исполнение («ОП» или «ОИАЭ»);
- 5) класс безопасности по НП-001-97 (для ОИАЭ исполнения);
- 6) вид упаковки (если она влагозащитная);
- 7) обозначение настоящих ТУ.

Условное обозначение заказа преобразователей:

ФЕ1858 – АД – X – XX

Тип прибора _____

Номинальное напряжение входной измерительной цепи: _____

1 – 220 В переменного тока;
2 – 100 В переменного тока.

Диапазон изменений выходного сигнала:

Код	Диапазон изменений
31	4 – 20 мА
32	0 – 20 мА
33	0 – 5 мА

Примеры записи:

1) «Преобразователь измерительный частоты переменного тока ФЕ1858–АД-1-32, $U_{пит} = 220$ В, $I_{вых} = 0 - 20$ мА, исполнение «ОП», упаковка влагозащитная, ТУ 4389–0175–05755097–04».

2) «Преобразователь измерительный частоты переменного тока ФЕ1858–АД-2-31, $U_{пит} = 100$ В, $I_{вых} = 4 - 20$ мА, исполнение «ОИАЭ», класс безопасности 3, ТУ 4389–0175–05755097–04».

Общий вид преобразователей представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Вид преобразователей измерительных частоты переменного тока ФЕ1858–АД

Оттиск поверительного клейма при положительных результатах поверки наносят на табличку, расположенную на корпусе преобразователей.

Метрологические и технические характеристики

Метрологические и технические характеристики приведены в таблицах 1, 2

Таблица 1

Тип преобразователя	Диапазоны измерений входного сигнала Гц	Диапазон изменения выходного сигнала (в зависимости от заказа) мА	Пределы допускаемой приведенной погрешности		
			основной, %	дополнительной	
				от воздействия температуры, %/10 °C	от воздействия температуры и влажности, %
ФЕ1858-АД	49-51 48-52 45-55	0-5	±0,02	±0,02	±0,04
		0-20			
		4-20			

Пределы допускаемой основной и дополнительных приведенных погрешностей указаны в процентах от верхнего предела диапазона измерений частоты входного сигнала.

Таблица 2

Напряжение питания, (по заказу), В	Потребляемая мощность, В·А	Габаритные размеры: длина, ширина, высота мм масса кг	Рабочие условия применения	Средний срок службы (не менее)	Средняя наработка на отказ ч
220 $\frac{+10\%}{-15\%}$ или 100 ± 15 % частотой от 45 до 55 Гц	2, не более	55×75×120 0,5, не более	температура окружающего воздуха °C: от -30 до + 50; относительная влажность до 98 % при температуре 35°C; атмосферное давление от 84 до 106,7 кПа	10 лет	50000

Знак утверждения типа

наносят на табличку преобразователей методом пьезоструйной печати, на титульный лист руководства по эксплуатации и паспорт - типографским способом.

Комплектность

В комплект поставки входят:

- | | |
|---|---------|
| – преобразователь (в зависимости от заказа) | 1 шт.; |
| –руководство по эксплуатации ЗПА.499.026 РЭ (включая раздел 7 «Методика поверки») | 1 шт.; |
| – паспорт ЗПА.499.026 ПС | 1 экз.; |
| – план качества | 1 экз. |

Поверка

осуществляется в соответствии с документом, приведенном в разделе 7 руководства по эксплуатации ЗПА.499.026 РЭ «Преобразователи измерительные частоты переменного тока ФЕ1858–АД Методика поверки», утвержденным ГЦИ СИ «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» в августе 2004 г.

Основное оборудование для поверки:

- Калибратор универсальный Fluke 9100E ,45,000-55,000 Гц, погрешность $\pm 0,0025 \%$
- Мегаомметр Е6-24, 0,01 МОм -9,99 ГОм, погрешность $\pm 3 \%$
- Магазин сопротивления Р33, 0,1-99999,9 Ом, класс точности $0,2-6 \cdot 10^{-6}$
 - Мультиметр Agilent 34401A , 1 мкВ-10В, погрешность $\pm (0,0040-0,0085) \%$;0,001мкА - 0 мА, погрешность $\pm 0,055\%$
- Источник питания постоянного тока регулируемый GPS-3303, 0-60 В, погрешность $\pm 1,16 \%$

Разрешается применение иных, вновь разработанных или находящихся в применении средств поверки, прошедших метрологическую аттестацию в органах государственной метрологической службы, имеющих не превышающую значений погрешность.

Сведения о методиках (методах) измерений

изложены в документе ЗПА.499.026 РЭ «Преобразователи измерительные частоты переменного тока ФЕ1884–АД Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к преобразователям измерительным частоты переменного тока ФЕ1858–АД

ГОСТ 8.129-2013 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений времени и частоты».

ГОСТ 24855-81 «Преобразователи измерительные тока, напряжения, мощности, частоты, сопротивления аналоговые. Общие технические условия».

ОПБ -88/97 (ПНАЭ Г-01-011-97) «Общие положения безопасности атомных станций».

СТО 1.1.1.07.001.0675-2008 «Атомные станции. Аппаратура, приборы, средства систем контроля и управления. Общие технические требования».

ТУ 4389-0175-05755097-04 «Преобразователи измерительные частоты переменного тока ФЕ1858–АД».

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений:

- осуществление деятельности в области атомной энергии;
- выполнение работ по оценке соответствия продукции и иных объектов обязательным требованиям в соответствии с законом Российской Федерации о техническом регулировании.

Изготовитель

Открытое акционерное общество «Приборостроительный завод «ВИБРАТОР»

Адрес: 194292, Санкт-Петербург, 2-й Верхний пер., д.5 лит. А,

Тел. (812) 517-99-10, факс.(812) 517-99-55, e-mail: kildiyarov@vibrator.spb.ru

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева»

Адрес: 190005, г. Санкт-Петербург, Московский пр., 19

тел./факс 251-76-01/113-01-14, e-mail: info@vniim.ru

Аттестат аккредитации ГЦИ СИ ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа № 30001-10 от 20.12.2010 г.

Заместитель Руководителя
Федерального агентства
по техническому регулированию
и метрологии



Ф.В. Булыгин



"09" 12 2014г.

М.п.

